

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN ALUR PENELITIAN SELANJUTNYA**

#### **5.1. Simpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alat uji absorpsi per oral hasil modifikasi yang ditambah dengan pengaturan suhu dapat menghasilkan suhu cairan dalam tabung *Crane and Wilson* sama dengan suhu tubuh manusia yaitu 37°C.

#### **5.2. Alur Penelitian Selanjutnya**

Saran yang dapat penulis berikan pada alat uji absorpsi per oral ini ditambahkan aliran air untuk pengganti air didalam *chamber* pemanas.